

# Sheet of Specification


**REF** 14799

*Kalibrierlösung pH 7,0*
**Zusammensetzung / Content**

 823,5 ml Dinatriumhydrogenphosphat-Lösung 0,2 mol/l (CAS-Nr.:)  
 176,5 ml Citronensäure-Lösung 0,1 mol/l (CAS-Nr.:)  
 2 ml Neolone (CAS-Nr.: 2682-20-4)

**Use for:**
*Herstellen von Pufferlösungen*
**Test:**
**Specification:**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>pH-Wert:</b>	7,0 - 7,0
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Farbe:</b>	grün
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Oberfläche:</b>	glatt
<input type="checkbox"/> <b>Leistungstest:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Geruch:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Dichte:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Absorbtion:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Temp.:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Osmolarität:</b>	

**Spektrogramm Vorgabe:**


 15 ... 25 °C