gedruckt: 28.09.2021

MORPHISTO
Laborchemikalien & Histologieservice

Zertifiziertes QM-System nach ISO 9001

Sheet of Specification

REF *14805*

Kalibrierlösung pH 4,0

Zusammensetzung / Content

385,5 ml Dinatriumhydrogenphosphat-Lösung 0,2 mol/l (CAS-Nr.:)
614,5 ml Citronensäure-Lösung 0,1 mol/l (CAS-Nr.:)

Use for:

Herstellen von Pufferlösungen

Test:		Specification:
☒	**pH-Wert:**	*4,0 – 4,0*
☒	**Farbe:**	*hellrot*
☒	**Oberfläche:**	*glatt*
☐	**Leistungstest:**	
☐	**Geruch:**	
☐	**Dichte:**	
☐	**Absorbtion:**	
☐	**Temp.:**	
☐	**Osmolarität:**	

Spektrogramm Vorgabe:



15 … 25 °C

For Laboratory use only, unless otherwise stated. The information in this document is property of:
MORPHISTO GmbH, Schumannstraße 144, 63069 Offenbach am Main, Germany