

Sheet of Specification

REF

17044

CORONA-Virus Antigen Schnelltest

IVD**Zusammensetzung / Content****Spezifikationen**

Lagerung zwischen 2-30°C
 Probe: nasopharyngeale Tupferproben
 Testzeit: 15 Minuten
 Haltbarkeit: siehe Verfallsdatum auf Packung
 Relative Sensitivität: 97,3%
 Relative Spezifität: > 99,9 %
 Genauigkeit: 99,0 %
 ab einer Konzentration von 1,15 x 10² TCID₅₀/ml

**Use for:**

Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen

Test:**Specification:** pH-Wert: Farbe: Oberfläche: Leistungstest: Geruch: Dichte: Absorbtion: Temp.: Osmolarität:

Spektrogramm Vorgabe:



15 ... 25 °C